



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Órgão Requerente	Secretaria da Saúde
Responsável	MÁRCIO ALEXANDRE CAMARGO
E-mail	compras@quata.sp.gov.br

1- Definição do objeto:

Solicitamos abertura de processo de compra direta para “Manutenção de equipamentos de fisioterapia”, conforme exposto abaixo:

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UN	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	690.009.001	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho ONDAS CURTAS (DIATERMED II – REF. 4022) CONTÍNUO/PULSADO - CARCI SN: 40224112 - REGISTRO ANVISA: 10314290032 - FABRICAÇÃO: 06/2019 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2	690.009.012	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho. LASER HTM (COM CANETA) MODEL: REGISTRO ANVISA: 80212480003 - SN: 012964 OBS: necessário de avaliação técnica (aparelho não está funcionando - avaliar funcionamento da caneta – laudo técnico)	SV	01	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
3	690.009.011	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho ULTRASSON III (1.0 MHZ – 3.0 MHZ) MODEL: SONO III 1/3 MHZ - SN: 0589620003 - N° M.S. 10360310025 - FABRICAÇÃO: 10/2019. Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
4	690.009.010	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho ULTRASSON III (1.0 MHZ – 3.0 MHZ) MODEL: SONO III 1/3 MHZ - SN: 0589630006 - N° M.S. 10360310025 - FABRICAÇÃO: 10/2019. Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
5	690.009.009	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II – 04 CANAIS) MODEL: NEURO II 04 CANAIS - SN: 05600770006 - N° M.S. 10360310012. Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6	690.009.013	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho LASER HTM (COM CANETA) MODEL: REGISTRO ANVISA: 80212480003 - SN: 012963 OBS: necessário de avaliação técnica (aparelho não está funcionando - avaliar funcionamento da caneta – laudo técnico).	SV	01	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
7	690.009.002	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho ONDAS CURTAS (DIATERMED II – REF. 4022) CONTÍNUO/PULSADO – CARCI SN: 40224320 REGISTRO ANVISA: 10314290032 - FABRICAÇÃO: 07/2022 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



8	690.009.003	MANUTENCAO PREVENTIVA, TESTES DE FUNCIONAMENTO, limpeza interna e externa do aparelho ONDAS CURTAS (THERMOPULSE COMPACT) CONTÍNUO – IBRAMED MODEL: THERMOPULSE COMPACT - SN: 0370280006 - N° M.S. 10360310028 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
9	690.009.006	MANUTENCAO PREVENTIVA, VERIFICACAO E TESTES DE CONTINUIDADE DOS CABOS, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II – 04 CANAIS) MODEL: NEURO II 04 CANAIS - SN: 0588600024 - N° M.S. 10360310012 - FABRICAÇÃO: 09/2019 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
10	690.009.008	MANUTENCAO PREVENTIVA, VERIFICACAO E TESTES DE CONTINUIDADE DOS CABOS, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II – 04 CANAIS) MODEL: SN: 0548930023 - N° M.S. 10360310012. Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
11	690.009.005	MANUTENCAO PREVENTIVA, VERIFICACAO E TESTES DE CONTINUIDADE DOS CABOS, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II – 04 CANAIS) MODEL: NEURO II 04 CANAIS - SN: 0575120014 - N° M.S. 10360310012 - FABRICAÇÃO: 08/2019 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
12	690.009.004	MANUTENCAO PREVENTIVA, VERIFICACAO E TESTES DE CONTINUIDADE DOS CABOS, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II - 04 CANAIS) MODEL: NEURO II 04 CANAIS - SN: 0573110024 - N° M.S. 10360310012 - FABRICAÇÃO: 08/2019 Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
13	690.009.007	MANUTENCAO PREVENTIVA, VERIFICACAO E TESTES DE CONTINUIDADE DOS CABOS, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho TENS/FES (NEURODYN II – 04 CANAIS) MODEL: NEURO II 04 CANAIS - SN: 0587050019 - N° M.S. 10360310012 - FABRICAÇÃO: 09/2019 manutenção preventiva, verificação e testes de continuidade dos cabos, testes de funcionamento, limpeza interna e externa do aparelho. Apresentar Laudo Técnico	SV	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00

1.2. Classificação do objeto:

Manutenção de equipamentos de fisioterapia

1.3. Critério de Julgamento:

Menor Preço Unitário

1.4. Justificativa para dispensa dos documentos solicitados:

É dispensado projeto Básico por se tratar de “ Contratação comum”.

Análise de Risco: identifica perigos para evitar falhas em aparelhos como ultrassom, ondas curtas e correntes elétricas, focando em segurança e conformidade. Os principais pontos envolvem riscos elétricos, falhas terapêuticas e contaminação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



1.5. Valor total:

O valor total para a execução do objeto descrito acima é de aproximadamente R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) considerando os valores obtidos através de pesquisa de mercado regional.

1.6. Registro de Preços:

() SIM (x) NÃO

2- Justificativa:

A contratação de empresa especializada para a realização de manutenção corretiva, com emissão de laudos técnicos dos equipamentos da sala de fisioterapia da Unidade Ambulatorial, faz-se necessária em razão da identificação de falhas e da necessidade de avaliação das condições de funcionamento dos aparelhos. A manutenção corretiva tem como objetivo restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos, garantindo a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, bem como a confiabilidade dos procedimentos realizados. A emissão dos laudos técnicos permitirá verificar o estado de conservação dos equipamentos, identificar a necessidade de reparos ou substituições e subsidiar a tomada de decisões quanto à sua utilização. A contratação contribuirá para a continuidade dos serviços de fisioterapia, evitando interrupções nos atendimentos, reduzindo riscos decorrentes do uso de equipamentos com defeitos e assegurando a qualidade da assistência prestada pela Unidade Ambulatorial, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

3- Dotação orçamentária (Lei de responsabilidade fiscal LC101/00 art. 16 em especial)

Reduzido	Programática	Fonte
244	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Recurso Próprio

4- Condições de habilitação:

A empresa contratada deverá possuir CNPJ ativo e CNAE compatível ao produto solicitado no item 01

5- Condições de execução do objeto:

5.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

Entregar o serviço solicitado em até 05 dias, a contar a data de recebimento do empenho.



5.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

A execução do serviço deverá ser realizada na Unidade Ambulatorial “João Jorge Estevam” sala de fisioterapia - Rua: Nicola Carone, n.º 752 – Quatá – SP - CEP 19780-057.

Responsavel: Giovani Jeronymo Correa

5.3 – Condições de garantia e assistência técnica:

Garantia do serviço de no mínimo 03 meses contados a partir da data de entrega. A contratada se obriga a efetuar novamente o serviço, sem ônus à prefeitura, em até 05 dias úteis, se este apresentar divergências relativas às especificações constantes neste Termo de Referência.

5.4 – Prazo de vigência da contratação:

Vigência de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do empenho.

5.5- Demais informações necessárias para a execução do objeto:

A empresa deverá entregar os objetos em perfeitas condições de uso, a avaliação será realizada in loco, pelo fiscal designado pela Secretaria solicitante, considerando os padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

6- Obrigações da contratada:

A contratada deverá entregar o objeto conforme as especificações técnicas, prazos e demais condições estabelecidas no presente termo, deverá estar regularmente inscrita nos órgãos competentes, bem como estar em situação regular perante os órgãos fiscais federais, estaduais e municipais. Além de possuir conta jurídica e emitir nota fiscal eletrônica.

7- Gestão e Fiscalização:

Gestão: Adélio Cezar Mathias Junior - Diretor Técnico de Saúde - (em substituição do secretario de saúde que está de férias)

Fiscalização: Giovani Jeronymo Correa - Fisioterapeuta

8- Outras informações:

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente jurídica vinculada ao CNPJ da CONTRATADA.

Email: centrodesaude@quata.sp.gov.br

Contato: (18) 99801-9287



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Secretaria da Saúde



Quatá/SP, 28 de julho de 2026.

Adélio Cezar Mathias Junior
Diretor Técnico de Saúde
(em substituição do secretario de saúde que está de férias)

Giovani Jeronymo Correa
Fisioterapeuta

Alex Favoretto Terçarioli
Escriturário - Elaborador do TR