



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01637/26 Marcio Alexandre Camargo 29/04/2026

Descrição

COMPRA DIRETA - MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVES

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo 17 SECRETARIA DE SAÚDE
Placa

Observação

A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a necessidade de manutenção das autoclaves pertencentes às unidades de saúde, as quais vêm apresentando defeitos e falhas no funcionamento, comprometendo o adequado processo de esterilização dos materiais utilizados nos atendimentos.

Ressalta-se que a autoclave é um equipamento essencial para garantir a correta esterilização de instrumentos, sendo indispensável para a prevenção de infecções e para a segurança dos pacientes e profissionais de saúde. O mau funcionamento identificado pode acarretar riscos sanitários, além de comprometer a qualidade dos serviços prestados.

Diante disso, torna-se imprescindível a realização de manutenção corretiva e/ou preventiva dos equipamentos, visando restabelecer seu pleno funcionamento, assegurar a eficácia dos processos de esterilização e atender às normas de biossegurança vigentes.

Assim, a manutenção das autoclaves é medida necessária e urgente para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	734.001.004	TROCA DE UMA CHAVE MARGIRIUS DE ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. Limpeza do sistema hidráulico. Reaperto dos contatos elétricos, testes de funcionamento e bancada. AUTOCLAVE MARCA - SERCON AHMC – 5 21L - NS:08.1120 DTA FAB:17/03/08 - PAT R:5335	SV	1	0	17	SECRETARIA DE SAÚDE
2	734.001.003	TROCA DE VEDACAO DA FLANGE DE PORTA, GUARNICAO, AJUSTE ALINHAMENTO REGULAGEM. Limpeza no sistema hidráulico, teste de funcionamento em bancada. AUTOCLAVE MARCA - SERCON AHMC - NS: 08.1123 - DTA FAB: 17/03/08 - PATR: 5334	SV	1	0	17	SECRETARIA DE SAÚDE
3	734.001.005	TROCA DOS SENSORES DE FECHAMENTO DE PORTA E PLACA DE ACIONAMENTO. Ajuste, regulagem e teste de funcionamento em bancada. AUTOCLAVE MARCA - DIGITALE – NS:H303034596NG	SV	1	0	17	SECRETARIA DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado