



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03287/25	Marcio Alexandre Camargo	19/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO RAO-X

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	312 CENTRO DE SAÚDE
Placa	

Observação

A contratação da manutenção corretiva se faz necessária devido a identificação de falhas operacionais que comprometem a segurança, o desempenho e a qualidade dos exames radiográficos. Foram observados sinais de mau funcionamento, durante o uso quando o mesmo apresentou um estouro na placa e o rompimento dos fios, o que inviabiliza o uso adequado do equipamento durante os atendimentos clínicos. Considerando que o aparelho de raios X é essencial para o diagnóstico preciso e eficaz no atendimento odontológico, sua indisponibilidade pode acarretar atrasos no atendimento aos pacientes, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados. Além disso, manter o equipamento em funcionamento inadequado representa riscos à segurança dos profissionais e pacientes, podendo resultar em exposição desnecessária à radiação ou danos ao equipamento. Portanto, a realização imediata da manutenção corretiva é indispensável para restabelecer as condições adequadas de funcionamento do aparelho, assegurando a continuidade dos atendimentos com qualidade, segurança e conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	670.005.042	MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RX	SV	1	0	312	CENTRO DE SAÚDE
		Marca: Procion					
		Modelo: ION-X10/0090722005					

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado